

Ogłoszenie nr 500012749-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.

Lidzbark Warmiński:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 562059-N-2017

Data: 02/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Lidzbarski, Krajowy numer identyfikacyjny 51074252800000, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37, 11100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. s0-89 767 7900, e-mail adamowicz.dorota@powiatlidzbarski.pl, faks 0-89 767 7903.

Adres strony internetowej (url): http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_lidzbarski/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: HOMOGENIZERY – urządzenie z wymiennymi końcówkami i regulowaną prędkością obrotów, zasilanie 230 V 50Hz, moc do 400W z możliwością automatycznego dostrajania jej w trakcie procesu homogenizacji, współpracuje z tytanowymi końcówkami homogenizującymi o różnych średnicach.

W ogłoszeniu powinno być: HOMOGENIZERY - Urządzenie z wymiennymi końcówkami i regulowaną prędkością obrotów, zasilanie 230 V 50Hz, moc min. 400W z możliwością automatycznego dostrajania jej w trakcie procesu homogenizacji, współpracuje z końcówkami homogenizującymi o średnicach od 7 mm do 20 mm.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: PŁASZCZ GRZEJNY– płaszczy grzewczy jest urządzeniem laboratoryjnym przeznaczonym do ogrzewania naczyń reakcyjnych w stałej, określonej temperaturze. Płaszcz grzewczy jest zasilany prądem z sieci 230V/50Hz zawsze poprzez wbudowany w instalację elektryczną lub przenośny regulator mocy prądu.

W ogłoszeniu powinno być: Płaszcz grzewczy jest zasilany prądem z sieci 230V/50Hz zawsze poprzez wbudowany w instalację elektryczną lub przenośny regulator mocy prądu. W obudowie metalowej z zamocowaną grzałką elektryczną i pokrętką do ustawiania temperatury. Objętość min. 500 ml.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Pojemniki do dezynfekcji - min. 1 komplet składający się z min. 4 sztuk o różnych pojemnościach.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Model anatomiczny ciała człowieka – min. 18-to częściowy, klasyczny tułów unisex z częściowo odsłoniętą partią pleców na odcinku od mózdzku do kości guzicznej. Szczegółowa prezentacja kręgow, krążków międzykręgowych, rdzenia kręgowego, nerwów rdzeniowych i tętnicy krękowej. Model anatomiczny – całe ciało. Model ma posiadać m.in.: 6-częściową głowę, płuca, 2-częściowe serce, żołądek, wątroba z pęcherzykiem żółciowym, 2-częściowe jelita, część nerki, część pęcherza moczowego, wyjmowany krąg piersiowy Th7. Wymiary: wysokość min. 87 x szerokość min. 38 x głębokość min. 25 cm

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Model układu mięśniowego człowieka -

Dopuszczalne minimalne wymiary :140 (figura 129 cm.) x 70 x 48 cm. Waga: 19 kg.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Fantom do nauki resuscytacji u osób dorosłych powinien zawierać zestaw do resuscytacji, którego minimalny zestaw powinien zawierać: - sygnał świetlny informujący prawidłowości częstotliwości uciśnień, - widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki), - konieczność odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych, - widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji, - rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza - mechanizm pomagający w dostosowaniu siły ucisku, - interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego - sygnał dźwiękowy potwierdzający poprawną głębokość masażu, - realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka, - szybsze samodzielne opanowanie umiejętności. Minimalne wymiary i wagę Fantoma jakie dopuszcza Zamawiający to: 60x36x17 Waga 4kg.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Homogenizator powinien być wyposażony w statyw i klemę mocującą. Homogenizowane pojemności powinny mieścić się w zakresie od 0,1 ml do 2000 ml.

