




Powiat Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel.(089)767-79-00
fax (089)767-79-03
www.powiatlidzbarski.pl

PŚZ.272.9.2017

Lidzbark Warmiński, dnia 14.08.2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest **„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA BURSY NA PRACOWNIE ORAZ WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY UL. WIERZBICKIEGO 3B”** – część II Dostawa wyposażenia

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164) w związku z pytaniem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przekazuje wyjaśnienie w w/w postępowaniu.

1. W związku z dużą rozbieżnością cen proszę o podanie parametrów technicznych urządzenia homogenizator (zestawienie wyposażenia technologicznego poz. 403.8).

Odp. Zamawiający podaje parametry techniczne:

- Urządzenie z wymiennymi końcówkami i regulowaną prędkością obrotów, zasilanie 230 V 50Hz, moc min. 400W z możliwością automatycznego dostrajania jej w trakcie procesu homogenizacji, współpracuje z końcówkami homogenizującymi o średnicach od 7 mm do 20 mm.

2. Jakie pojemności będą homogenizowane? informacja to pozwoli na dobranie odpowiednich końcówek homogenizujących

Odp. Homogenizowane pojemności powinny mieścić się w zakresie od 0,1 ml do 2000 ml.

3. Czy Zamawiający dopuści homogenizator o mocy 1050 W?

Odp. Zamawiający dopuści homogenizatora o mocy 1050 W.

4. Czy Zamawiający dopuści homogenizator o końcówkach ze stali nierdzewnej?

Odp. Zamawiający dopuści homogenizator o końcówkach ze stali nierdzewnej.

5. Czy homogenizator ma być wyposażony w statyw i klemę mocującą?

Odp. Homogenizator powinien być wyposażony w statyw i klemę mocującą.

6. W związku z dużą rozbieżnością cen proszę o podanie parametrów technicznych i opcji zabiegowych urządzenia kosmetycznego wielofunkcyjnego (zestawienie wyposażenia technologicznego poz. 410.7)

Odp. Parametry techniczne i opcje zabiegowe urządzenia kosmetycznego wielofunkcyjnego znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający podaje parametry techniczne i opcje zabiegowe:

➤ URZĄDZENIE KOSMETYCZNE WIELOFUNKCYJNE składające się z:

- mikrodermabrazja
- ultradźwięki
- głowica ciepło - zimno
- peeling kawitacyjny
- sonoforeza

W skład urządzenia wchodzi: baza , diamentowe głowice do mikrodermabrazji 9 szt. o różnej wielkości i gradacji, dysze do głowic 3 szt. wężyk do mikrodermabrazji, opakowanie filtrów siateczkowych, głowice do ultradźwięków 3 szt. młotek ciepło - zimno, szpatuła do kawitacji, przewód zasilający, instrukcja, gwarancja.

Dane techniczne: napięcie 220-240 V / 50-60 Hz, moc 100 W , głowica ciepło-zimno - temperatura minimalna 10-15 st.C, maksymalna 34-39 st.C, częstotliwość peelingu kawitacyjnego 25-28kHz, współczynnik wypełnienia sonoforezy 30-80%, częstotliwość ultradźwięków 1MHz, współczynnik wypełnienia ultradźwięków 80%, moc siły ssącej mikrodermabrazji 65cmHg, wymiary urządzenia dł. 48 x szer. 31 x wys. 13 cm

7. Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnych parametrów płaszcza grzejnego, w opisie brak jest objętości jaką ma mieć płaszcz grzejny oraz czy ma posiadać regulację temperatury. Prosimy o podanie parametrów technicznych urządzenia.

Odp. Płaszcz grzejny jest zasilany prądem z sieci 230V/50Hz zawsze poprzez wbudowany w instalację elektryczną lub przenośny regulator mocy prądu. W obudowie metalowej z zamocowaną grzałką elektryczną i pokrętkiem do ustawiania temperatury. Objętość min. 500 ml.

8. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dot.

- Poz. 410a.2 Pojemniki do dezynfekcji – ile sztuk pojemników
- Model anatomiczny ciała człowieka –model trójwymiarowy z rozkładanymi elementami – proszę o sprecyzowanie ile części ma mieć model, tylko tors czy całe ciało, jaka wielkość modelu.
- Model układu mięśniowego człowieka – model trójwymiarowy z rozkładanymi elementami proszę o podanie wielkości lub skali modelu, nie znaleźliśmy takiego modelu z rozkładanymi częściami.

Odp. Zamawiający udziela informacji:

- Pojemniki do dezynfekcji - min. 1 komplet składający się z min. 4 sztuk o różnych pojemnościach.
- Model anatomiczny ciała człowieka – min. 18-to częściowy, klasyczny tułów unisex z częściowo odsłoniętą partią pleców na odcinku od mózdzku do kości guzicznej. Szczegółowa prezentacja kręgów, krążków międzykręgowych, rdzenia kręgowego, nerwów rdzeniowych i tętnicy kręgowej. Model anatomiczny – całe ciało. Model ma posiadać m.in.: 6-częściową głowę, płuca, 2-częściowe serce, żołądek, wątroba z pęcherzykiem żółciowym, 2-częściowe jelita, część nerki, część pęcherza moczowego, wyjmowany krąg piersiowy Th7.

Wymiary: wysokość min. 87 x szerokość min. 38 x głębokość min. 25 cm

- Model układu mięśniowego człowieka - Dopuszczalne minimalne wymiary :140 (figura 129 cm.) x 70 x 48 cm. Waga: 19 kg.

9. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dot.

- Fantom do nauki resuscytacji u osób dorosłych – powinien zawierać zestaw do resuscytacji, prosimy o przykładowy model.

Odp. Fantom do nauki resuscytacji u osób dorosłych powinien zawierać zestaw do resuscytacji, którego minimalny zestaw powinien zawierać:

- sygnał świetlny informujący prawidłowości częstotliwości uciśnień,
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki),
- konieczność odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych,
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji,
- rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza
- mechanizm pomagający w dostosowaniu siły ucisku,
- interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego
- sygnał dźwiękowy potwierdzający poprawną głębokość masażu,
- realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka,
- szybsze samodzielne opanowanie umiejętności.

Minimalne wymiary i wagę Fantoma jakie dopuszcza Zamawiający to: 60x36x17 Waga 4kg.

Z poważaniem

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogut

